



# GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie  
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12 maja 2020 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA TREŚCI

#### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*dotyczy: postępowania Nr ZP/1/2020 na dostawę urządzeń medycznych*

Informuję, że zgodnie z możliwością przewidzianą w dziale VII ust. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (dział VII ust. 3).

#### **Pytanie Nr 1:**

W nawiązaniu do rozmowy bardzo proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia referencji dla urządzenia do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego (pakiet nr 5).

Niestety nie dysponujemy takimi referencjami.

Producent urządzenia nie startuje samodzielnie w postępowaniach jedynie przez dystrybutorów ale on też referencji pisemnych nie posiada.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu dostarczania referencji dla urządzenia do pomiaru kostkowo-ramiennego.

#### **Pytanie Nr 2:**

Czy w pakiecie nr. 1 zamawiający dopuści urządzenie o innych wymiarach, wadze i wyposażeniu przy parametrach równoważnych bądź lepszych niż wymagane?

Aparat do masażu uciskowego obsługujący 24 komory,

Kolorowy ekran dotykowy

Menu w języku polskim

Encyklopedia terapeutyczna

Regulowane ciśnienie w każdej komorze mankietu od 20 do 160 mmHg

Regulacja ciśnienia 0-100%, zmiana co 1%

Co najmniej 20 zaprogramowanych programów do masażu sekwencyjnego

Wydajność pompy min. 25 l / min

Wymiary sterownika: Wymiary 320×190×280 mm

Waga sterownika: 7,5 kg

Zasilanie: 230 V AC, 50-60 Hz

Wyposażenie: 24 komorowe spodnie na kończynę dolną, 2 x 8 komorowy mankiet na kończynę górną

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o ww. parametrach jedynie w przypadku, gdy zestaw będzie zawierał dodatkowo mankiet na kończynę dolną co najmniej 10 komorowy.

**Pytanie Nr 3:**

Czy w pakiecie nr. 3 zamawiający dopuści urządzenie o innych wymiarach, wadze i wyposażeniu przy parametrach równoważnych bądź lepszych niż wymagane?

Zestaw do magnetoterapii

Sterownik na zintegrowanym, mobilnym wózku z 4 półkami

4 niezależne kanały

Technologia Skoncentrowanego Pola Magnetycznego FMF™

Kolorowy ekran dotykowy

Menu w języku polskim

Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna

Nawigacyjny atlas anatomiczny

Baza danych pacjentów

Protokoły Ulubione

Parametry modyfikowane przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność

Stół do magnetoterapii z aplikatorem 70 cm

Aplikator szpulowy o średnicy 60cm

Możliwość cyklicznego poruszania się aplikatora 70 cm wzdłuż leżanki w trakcie trwania całego zabiegu, pomiędzy ustawionymi 2 pozycjami krańcowymi.

Częstotliwość: 0-166Hz

Maksymalna indukcja: 128mT

Czas zabiegu: 0-100min

Waga sterownika: 3 kg (+/- 100g)

Wymiary sterownika: 380×190×260 mm (+/-100mm)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty na dzień:  
19 maja 2020 r. do godziny: 11:00**

**Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SIWZ.**

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma faksem na numer 22 713-00-53.

Potwierdzam otrzymanie ..... stron w dniu .....

.....

(podpis, pieczęć)

---

Tel.: 22 713-48-39, fax: 22 713-00-53, e-mail: [administracja@gplek.pl](mailto:administracja@gplek.pl), [www.gplek.pl](http://www.gplek.pl),  
ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki