



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W MODLINIE**  
UL. 29 LISTOPADA 105  
05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI



Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11 kwietnia 2022 r.

**WSZYSZY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

***dotyczy: postępowania Nr ZP/2/2022 na dostawę zestawu do videostroboskopii z fiberoskopem dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie***

Informuję, że zgodnie z możliwością przewidzianą w zapytaniu ofertowym, do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące jej treści. Pytania oraz udzielone odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.

**Pytanie 1:**

**dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 1.12:**

Czy Zamawiający dopuści zakup stroboskopu bez możliwości ręcznego ustawienia F0 dla pacjentów bezgłośnych oraz pacjentów o słabej sile głosu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zakup głowicy kamery FULL HD w technologii 3CCD z optycznym obiektywem umożliwiającym dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości z ogniskową w zakresie f=16-32mm z minimalną czułością przetwornika 5lux?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy kamery FULL HD w technologii 3CCD z optycznym obiektywem umożliwiającym dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości z ogniskowa w zakresie f=16-32mm z minimalną czułością przetwornika 5lux. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku zapewnienia prawidłowej pracy ze stroboskopem stanowiącym całość zestawu.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści zakup kamery bez filtra antymorowego, jednocześnie z możliwością zniwelowania efektu siatki poprzez odpowiednie ustawienie jasności światła i ostrości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

**Pytanie 4:**

**dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 2.14:**

Czy Zamawiający dopuści zakup z 3 programami użytkowymi

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

**Pytanie 5:**

**dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 8.9:**

Czy Zamawiający dopuści zakup monitora medycznego z wejściem DVI-D obsługującym sygnały: VGA, SVGA, SXGA, Full HD, UXGA, WUXGA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zakup monitora medycznego posiadającego wejście DVI-D przy zachowaniu pozostałych parametrów tylko w przypadku gdy kamera medyczna będzie obsługiwała ten standard.

**Termin składania zostaje przesunięty do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz.: 10:00**

**Oferty już złożone w postępowaniu zachowują ważność.**

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią zapytania ofertowego.**